

中華民國 110 年 4 月 26 日
衛生福利部令 衛授食字第 1101603189 號

訂定「醫療器材分類分級管理辦法」。

附「醫療器材分類分級管理辦法」

部 長 陳時中

醫療器材分類分級管理辦法

第 一 條 本辦法依醫療器材管理法第三條第二項規定訂定之。

第 二 條 醫療器材就其功能、用途、使用方法及工作原理，視其應用科別，分類如下：

- 一、臨床化學及臨床毒理學。
- 二、血液學、病理學及基因學。
- 三、免疫學及微生物學。
- 四、麻醉科學。
- 五、心臟血管醫學科學。
- 六、牙科學。
- 七、耳鼻喉科學。
- 八、胃腸病科學及泌尿科學。
- 九、一般、整形外科手術及皮膚科學。
- 十、一般醫院及個人使用裝置。
- 十一、神經科學。
- 十二、婦產科學。
- 十三、眼科學。
- 十四、骨科學。
- 十五、物理醫學科學。
- 十六、放射學科學。

第 三 條 醫療器材，依其風險程度，分級如下：

- 一、第一等級：低風險性。
- 二、第二等級：中風險性。
- 三、第三等級：高風險性。

第 四 條 醫療器材分類分級之品項，規定如附表。

醫療器材除前項附表規定者外，其功能、用途或工作原理特殊者，得依下列原則判定其分級：

- 一、同一醫療器材符合二以上分類、分級或品項者，以其較高風險性等級定之。

二、醫療器材附（配）件，其原廠產品說明書載明專用於特定醫療器材者，除前項附表另有規定者外，以該特定醫療器材等級定之。

三、二以上醫療器材組成之組合產品，適用於二以上醫療器材分類、分級或品項者，以其較高風險性等級定之。

四、以醫療器材作用為主之含藥醫療器材，除前項附表另有規定者外，以第三等級醫療器材定之。

第 五 條 醫療器材商或民眾，得向中央主管機關查詢醫療器材分級或其他相關事項。

前項查詢者，應填具查詢單，並檢附下列相關文件、資料，及繳納費用，向中央主管機關提出：

一、原廠產品說明書：包括使用方法、功能及工作原理；其非正體中文或英文版本者，應另附正體中文或英文譯本。

二、分類分級參考資料：美國、歐盟或其他國家對該查詢產品已為分類分級之參考資料；無參考資料者，免附。

除前項文件、資料外，中央主管機關得視需要，要求查詢者提供其他相關文件、資料。

第 六 條 醫療器材之功能、用途或工作原理，未符合附表所列品項之鑑別範圍者，其分級以第三等級醫療器材定之。

醫療器材已有類似品於國內取得許可證或登錄者，其分級依類似品風險等級定之，或依前條規定向中央主管機關查詢分級，依中央主管機關回覆之風險等級定之。

第 七 條 本辦法除附表品項代碼「A.3652」、「C.3372」及「C.3970」之規定，自中華民國一百一十一年七月一日施行外，自一百一十年五月一日施行。

本案附件篇幅過鉅，請至行政院公報資訊網（<http://gazette.nat.gov.tw>）查詢。

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網（<http://gazette.nat.gov.tw/>）。